



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

NIP 696-185-25-46


Regon 411050480

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.3.2011



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gostyń, dnia 20.10.2011 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowaną w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami (ilość pytań – 6) jakie w dniu 19.10.2011 r. wpłynęły faksem od jednego z wykonawców udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 1** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o wadze 6,74 kg?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie.

2. Pytanie nr 2: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 8** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z akumulatorem wymienianym przez personel serwisowy, zabezpieczony wkładką przed przypadkowym wysunięciem z obudowy?”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Nie.

3. Pytanie nr 3: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 10** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor obsługiwany przez ekran dotykowy?”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Tak, ale zaznaczamy iż nie jest to wymóg konieczny.

4. Pytanie nr 4: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 18** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor ze wzmocnieniem krzywej respiracji: x1/4, x1/2, x1, x2, x4?”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Nie.

5. Pytanie nr 5: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 24** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem ciśnienia w zakresie 0-300 mmHg?”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Nie.



6. Pytanie nr 6: Załącznik nr 5 Ad. 3) Przedmiot zamówienia: **KARDIOMONITOR** (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. – **dotyczy pkt. 26** – „Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem częstości pulsu w zakresie 30-300 P/min.?”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, co pozostaje w zgodzie z tym co Zamawiający zapisał w punkcie 26 w załączniku nr 5 do SIWZ w Ad. 3) Przedmiot zamówienia: KARDIOMONITOR (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. Punkt 26 bowiem brzmi: „Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 0-250 P/min”. Taki zapis oznacza, że Zamawiający dopuszcza każdy lepszy zakres.

Treść pytań (ilość pytań – 6) z dnia 19.10.2011 r., wraz z odpowiedziami została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 20.10.2011 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 28.10.2011 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski