



PROGRAM REGIONALNY

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
NIP 696-185-25-46
Regon 411050480



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gostyń, dnia 20.10.2011 r.

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.3.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowaną w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniem (ilość pytań – 1) jakie w dniu 19.10.2011 r. wpłynęło faksem od jednego z wykonawców udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1:

„Dot. Stół operacyjny – 1 szt.

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „mechaniczna regulacja ustawień”? Zamawiający w tabeli technicznej w pkt. 1 oraz w pkt. 12-18 określił regulację poszczególnych ustawień tj. w pkt. 1 Zamawiający wymaga elektrycznego sterowania funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga, zmiany wysokości, przechyłów bocznych, regulacji położenia części plecowej oraz ustawienia pozycji 0, w pkt. 12-16 regulacji elektromechanicznych, w pkt. 17 pneumatycznej regulacji części nożnej, w pkt. 18 pneumatycznej regulacji segmentu głowy. W związku z powyższym bardzo prosimy o wykreślenie zapisu „mechaniczna regulacja ustawień” z tabeli technicznej”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ Ad) 4 STÓŁ OPERACYJNY wykreśla zapis pkt. 6 o treści „Mechaniczna regulacja ustawień”.

Jednocześnie w załączniku nr 1 do SIWZ (OFERTA – formularz do wypełnienia) w punkcie 2.4) STÓŁ OPERACYJNY (CPV 33.19.22.30-3) – 1 szt., zostaje wykreślony zapis pkt. 6 o treści „Mechaniczna regulacja ustawień spełnia / nie spełnia”. Wobec powyższego Wykonawcy nie są zobowiązani do określania spełniania tego parametru.

Treść pytania (ilość pytań – 1) z dnia 19.10.2011 r., wraz z odpowiedzią została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 20.10.2011 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 28.10.2011 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski