

STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO 13. 05. 2011
Nr rej. 4619/11 UK t. zal.

13.05.2011r.

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
fax. 65 572-31-46

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę bloku operacyjnego szpitala w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8 – etap IV inwestycji realizowanej w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” (numer sprawy: WZI-IN.272.1.2.2011)

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, proszę o wyjaśnienie pewnych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie pragnę podkreślić, że przygotowane przez firmę [REDAKCYJA] zapytania podyktowane są dobrem Zamawiającego (zapewnieniu konkurencyjności ofert) oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań technologicznych. W świetle PZP, Zamawiający ma prawo udzielić wyjaśnień nawet w przypadku, gdy wpłynęły po ustawowym terminie OBLIGUJĄCYM go do ich udzielenia.

Dotyczy: Lampy operacyjnej jednogłowiecowej oraz Lampy operacyjnej dwugłowiecowej

1. Zakładamy, że dopuszcza się parametry lepsze, zatem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną diodową trzyogniskową?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną diodową z regulacją natężenia w sterylnym uchwycie do pozycjonowania co jest rozwiązaniem dużo bardziej funkcjonalnym niż panel na ramieniu bocznym?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną diodową z przewodowym panelem ściennym?
4. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał lampy operacyjnej diodowej o $R_a \geq 98$? Współczynnik odwzorowania barw R_a jest odpowiedzialny za jakość światła, im wyższy współczynnik tym zdolność odwzorowania barw przez światło lampy jest bardziej zbliżone do światła słonecznego co zapobiega efektowi lśnienia, nie męczy oczu chirurga i pozwala perfekcyjnie regulować kontrast (rozpoznawać krew tętniczą i żylną).
5. Zakładamy, iż Zamawiający będzie dopuszczał parametry lepsze od wymaganych. Prosimy więc o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną diodową o średnicy pola $d_{10} = 20$ cm z możliwością regulacji do 30cm.
6. Zakładamy, iż Zamawiający będzie dopuszczał parametry lepsze od wymaganych. Prosimy więc o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową, gdzie można nastawić zarówno wymaganą przez Zamawiającego temperaturę barwową 4500K jak i inną dostosowaną do wymogów operatora i warunków otoczenia.
7. Opisany przez Zamawiającego, prawdopodobnie omyłkowo, system w pkt. 14 nie jest zgodny z prawami fizyki. Z tego względu prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał do zaoferowania lampę operacyjną diodową z systemem utrzymującym niezmienną wartość natężenia w trakcie przemieszczania głowicy tzn. oddalania lub przybliżania od pola operacyjnego.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza i wymaga głębokości oświetlenia L1+L2 ≥ 140 cm dla każdej głowicy wszystkich lamp operacyjnych

Dotyczy : Jednoramiennej sufitowej kolumny anestezyjologicznej oraz Jednoramiennej sufitowej kolumny chirurgicznej

9. W punkcie 10 zestawienia parametrów technicznych Zamawiający wymaga dopuszczalnego obciążenia min. 200 kg nie precyzując ilości półek jakie ma posiadać każda konsola kolumny. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby każda konsola kolumny anestezyjologicznej i chirurgicznej posiadała 3 półki instalowane z przodu i z tyłu konsoli, z funkcją dowolnego i samodzielnego wpięcia półek we front i plecy konsoli przez Użytkownika w dowolnym momencie.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza i wymaga kolumny wyposażonej w gniazda elektryczne i gazowe z funkcją samodzielnego aranżacji przez Użytkownika czyli do samodzielnego demontażu i montażu gniazd gazowych i elektrycznych na plecach i froncie konsoli każdej kolumny, przez Użytkownika w dowolnym momencie?