




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
POWIAT GOSTYŃSKI
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
NIP 696-185-25-46
Regon 141055180



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gostyń, dnia 18.10.2011 r.

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.3.2011

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowaną w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniem (ilość pytań – 1) jakie w dniu 17.10.2011 r. wpłynęło faksem od jednego z wykonawców udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1:

„dotyczy: Dostawa wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowana w ramach Projektu „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – część nr 3 – Kardiomonitor – 3 szt.

1. – pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada zakres pomiarowy częstości pulsu od 25 do 254 bpm? Podany zakres jest wystarczający do prawidłowego monitorowania parametrów fizjologicznych człowieka. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, zakres pomiaru pulsu od 0 do 250 bpm nie niesie ze sobą żadnych zalet. Można stwierdzić, iż wprowadzając taki wymóg Zamawiający wpłynął na ograniczenie uczciwej konkurencji, co jest sprzeczne z Ustawą zasady uczciwej konkurencji. Wnoskujemy zatem o dopuszczenie proponowanego zakresu”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, co pozostaje w zgodzie z tym co Zamawiający zapisał w punkcie 26 w załączniku nr 5 do SIWZ w Ad. 3) Przedmiot zamówienia: KARDIOMONITOR (CPV 33.16.21.00-4) – 3 szt. Punkt 26 bowiem brzmi: „Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 0-250 P/min”. Taki zapis oznacza, że Zamawiający dopuszcza każdy lepszy zakres.

Treść pytania (ilość pytań – 1) z dnia 17.10.2011 r., wraz z odpowiedziami została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 18.10.2011 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 28.10.2011 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pomieczyński