

Gostyń, dnia 24.10.2011 r.

POWIAT GOSTYŃSKI

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

NIP 696-185-25-46

Regon 141050150

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.3.2011

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla przebudowanego bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, realizowaną w ramach Projektu pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami (ilość pytań – 26+11) jakie w dniu 21.10.2011 r. wpłynęły faksem od dwóch wykonawców, udziela następujących odpowiedzi:

A. Pytania z dnia 21.10.2011 r., ilość pytań – 26

„Pytania dotyczące poz. 5”

1. Pytanie nr 1: „Ad I pkt 11. Czy Zamawiający dopuści aparat z awaryjnym zasilaniem na min 45 minut do 120 minut w warunkach standardowych?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie.

2. Pytanie nr 2: „Ad I pkt 12. Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie dotyczące pozycjonowania szyny do zawieszenia dodatkowych akcesoriów? Aktualnie bowiem Zamawiający preferuje indywidualne rozwiązania techniczne dotyczące określonego urządzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie.

3. Pytanie nr 3: „Ad I pkt 14. Z treści zapisu rozumiemy, że Zamawiający wymaga aparatu z uchwytem na dwa parowniki, uchwyt na trzy lub więcej parowników raczej nie ma sensu, prosimy o potwierdzenie.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, zgodnie z SIWZ aparat winien posiadać uchwyty do min. 2 parowników mocowanych jednocześnie.

4. Pytanie nr 4: „Ad II pkt 2. Czy aparat z zabezpieczeniem 23% O₂ w mieszaninie z N₂O zostanie dopuszczony do postępowania?”


Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.

5. Pytanie nr 5: „Ad II pkt 3. Czy należy rozumieć zapis jako wymaganie aby minimalny przepływ świeżych gazów był na poziomie 200ml/min?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie określa poziomu niskich i minimalnych przepływów. Zgodnie z SIWZ aparat winien posiadać dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami i minimalnymi przepływami.



6. Pytanie nr 6: „Ad III pkt 3. Czy aparat z bypassem O₂ w zakresie od 25 do 75 l/min zostanie dopuszczony do postępowania? Przepływ O₂ dla tej funkcji zależy wyłącznie od ciśnienia gazów zasilających na co oferty nie mają wpływu”.

Odpowiedź na pytanie 6:

Tak.

7. Pytanie 7: „Ad III pkt 10. Czy respirator napędzany elektrycznie zostanie dopuszczony do postępowania? W odróżnieniu od napędów pneumatycznych respirator napędzany elektrycznie nie używa drogich gazów medycznych- jest więc to rozwiązanie korzystniejsze”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie.

8. Pytanie 8: „Ad III pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zbiorniki pochłaniacza o objętości od 1,2 do 1,5 L objętości?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie.

9. Pytanie 9: „Ad IV pkt 4. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy o tryb SIMV/PS?”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Nie.

10. Pytanie 10: „Ad IV pkt 4. Biorąc pod uwagę funkcjonalność i parametry wymagane, wymaganie dotyczące możliwości rozbudowy wydaje się być omyłką. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga obecności trybu SIMV/PS?”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nie.

11. Pytanie 11: „Ad V pkt 1. Czy aparat z regulacją PEEP w zakresie do 20cm H₂O zostanie dopuszczony do postępowania ?”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Nie.

12. Pytanie 12: „Ad V pkt 5. Czy aparat z regulacją TV do 1400ml zostanie dopuszczony do postępowania? Różnica pomiędzy aktualnym wymaganiem jest nieistotna z klinicznego punktu widzenia natomiast skutecznie uniemożliwia złożenie ofert innym producentom.”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Tak.

13. Pytanie 13: „Ad VI pkt 1. Czy wobec wymogu zawartego w punkcie VI 2, Zamawiający zrezygnuje z alarmu rozłączenia? Alarm rozłączenia musi być obowiązkowo obecny w konstrukcjach z pneumatycznym napędem i jest ustawiony na „szybko” nie wnosząc istotnych wartości technicznych. Czy alarm zbyt niskiego ciśnienia w drogach oddechowych będzie traktowany jako korzystniejsze rozwiązanie techniczne i funkcjonalne”.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Nie.

14. Pytanie 14: „Ad VI. Czy Zamawiający będzie wymagał alarmów niskiej i wysokiej objętości minutowej z prezentacją cyfrową wartości alarmów i aktualnej wartości MV” Z klinicznego punktu widzenia są to bardzo istotne parametry.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie.



15. Pytanie 15: „Ad VI pkt 7. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, z logicznego punktu widzenia nie ma on sensu, skutecznie uniemożliwi natomiast przystąpienie do przetargu innym oferentom? Bowiem w jakim czasie i jakim celu operator będzie przeglądał komunikaty ostatnich 50 zdarzeń. Wymóg zapisu i odczytu ostatnich min 50 komunikatów wskazuje na aparaty oferowane przez Biameditek.”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak.

16. Pytanie 16: „Ad VII pkt 7. Czy w tym punkcie tak jak w 6 i 8 Zamawiający także wymaga prezentacji wartości cyfrowej na ekranie respiratora? Czy też wartość cyfrowa istotnego klinicznie parametru nie ma znaczenia?”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Tak, Zamawiający wymaga prezentacji wartości cyfrowej.

17. Pytanie 17: „Ad VII pkt 10. Czy zamawiający zrezygnuje z prezentacji krzywej przepływu? Jest to rzadko wykorzystywane w obszarze Sali operacyjnej, podstawową krzywą jest krzywa ciśnienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie nr 18: „Ad VII pkt 11. Czy zamawiający dopuści aparat z ekranem o przekątnej od 6"? W porównaniu z aktualnym wymogiem jest to różnica nieistotna.”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Nie.

19. Pytanie nr 19: „Ad VII pkt 15, 16, 17, 18. Rozumiemy że realizacja tych wymogów może być prowadzona przez moduł gazowy i monitor funkcji życiowych będących elementem stanowiska do znieczulania, które chce kupić Zamawiający. Prosimy o potwierdzenie.”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Nie, realizacja tych wymogów poprzez aparat do znieczulania.

20. Pytanie nr 20: „Ad VII pkt 19. Prosimy o dopuszczenie aparatu bez trendów wymaganych w punkcie 19, taka funkcja bez możliwości archiwizowania i zapisu np. na dysku komputera w żaden sposób nie podnosi funkcjonalności, bowiem powstaje pytanie czy operator owe wartości ma przepisywać na kartkę. Wymóg preferuje konkretny model paratu.”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie nr 21: „Ad VIII pkt 1. Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butami o łącznej pojemności 1,4 L? Jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia zachowania odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy.”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Tak.

22. Pytanie nr 22: „Ad VIII pkt 3 Czy w związku z wymogiem zawartym w punkcie, Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kompatybilności aparatu i monitora – zgodnie z zapisami ustawy?”

Odpowiedź na pytanie 22:

Nie.

23. Pytanie 23: „Punkt IX. 6. Czy Zamawiający dopuści monitor do aparatu z trendami 24 godzinnymi o rozdzielczości 1 minuty? Każdy zabieg operacyjny wymaga przyjęcia do monitora nowego pacjenta i usunięcia danych poprzedniego pacjenta, co wiąże się z zapisywaniem



trendów od zera, w związku z tym trendy dłuższe niż 24 godzinne nie mają żadnego uzasadnienia."

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Tak.

24. Pytanie 24: „Punkt XIV. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby monitor zwiotczenia był modulem pomiarowym oferowanego monitora pacjenta, tzn. był sterowany z monitora pacjenta, wyświetlał wyniki pomiarów na monitorze pacjenta i umożliwiał wspólną dokumentację łącznie z innymi monitorowanymi parametrami w postaci wydruku?”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

25. Pytanie 25: „Punkt XIV. 3. Czy Zamawiający potwierdza wymaganie, że moduł monitorowania stopnia głębokości znieczulenia ma być modulem pomiarowym oferowanego monitora pacjenta, tzn. ma być sterowany z monitora pacjenta, ma wyświetlać wyniki pomiarów na monitorze pacjenta i ma umożliwiać wspólną dokumentację łącznie z innymi monitorowanymi parametrami w postaci wydruku?”

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

26. Pytanie 26: „Pytanie Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 (aparat do znieczulenia ogólnego) jako oddzielne zadanie i dopuści możliwość złożenia oferty częściowej na tą pozycję? Uzasadnienie: wg obecnego stanu rzeczy do postępowania przystąpić może wyłącznie pośrednik i zaoferować ceny znacznie wyższe niż przystępujący do postępowania bezpośrednio producent lub/i dystrybutor danego sprzętu?”

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

B. Pytania z dnia 21.10.2011 r., ilość pytań – 11

1. Pytanie nr 1: „Pytanie 1 dotyczy pkt. I.1. W punkcie I.1 Zamawiający wymaga aby zaoferowany mammograf był wyposażony w generator o mocy min. 3,5 KW, a w poz. w pkt. I.7 określił minimalne parametry akwizycyjne. Mammograf, który chcemy Państwu zaproponować posiada generator o mocy 3,2 KW, który zapewnia parametry ekspozycji podane przez Zamawiającego w pkt. I.7. Oznacza to, że jest bardziej wydajnym i nowocześniejszym rozwiązaniem niż wymagane w przetargu. Istotniejszym parametrem niż moc generatora jest częstotliwość jego pracy. To ona decyduje o poziomie tętnień, a tym samym stabilności wiązki promieniowania RTG: im wyższa częstotliwość tym mniejszy poziom tętnień, a w konsekwencji bardziej stabilne parametry ekspozycji. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu mammograf analogowy wyposażony w nowoczesny, wysokoczęstotliwościowy generator o mocy 3,2 kW z bardzo wysoką częstotliwością inwertera/generatora 40/80 kHz”.


Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie nr 2: „Pytanie 2 dotyczy pkt. I.4. W punkcie I.4 Zamawiający określił minimalny zakres wysokiego napięcia $\geq 22-38$ kV. Ekspozycje wykonywane w z nastawami wysokich wartości napięć narażają pacjentki na większe promieniowanie i dlatego w praktyce stosuje się wartości napięć do 35 kV. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografów o zakresie wysokiego napięcia od 20 do 35 KV”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.



- 3. Pytanie nr 3:** „Pytanie 3 dotyczy pkt. I.7. W pkt. I.7 Zamawiający określił minimalny zakres nastaw mAs $\geq 1-600$ mAs. Mammograf, który chcemy Państwu zaoferować umożliwia ustawienie najniższej wartości mAs na 2 mAs, a najwyższej na 660 mAs. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu o zakresie nastaw mAs od 2 do 660 mAs.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

- 4. Pytanie nr 4:** „Pytanie 4 dotyczy pkt. I.9. W pkt. I.9 Zamawiający wymaga aby generator, pulpit był zintegrowany z konsolą technika i szybą ochronną. Nowoczesne mammografy wyposażone są w małe, bardzo wydajne generatory które są zintegrowane ze statywem lub ramieniem mammografu. Poza tym mammograf, który chcemy Państwu zaproponować posiada dodatkowo zintegrowany ze statywem, podwójny (po obu stronach) panel kontrolny. Rozwiązanie takie usprawnia pracę techników, umożliwiając bardzo łatwe i szybkie pozycjonowanie piersi oraz ustalenie warunków ekspozycji. Zintegrowany z ramieniem generator sprawia, że mammograf jest urządzeniem mobilnym o kompaktowym wyglądzie i nie wymaga dodatkowej powierzchni na instalację dużego generatora. Wnioskujemy o dopuszczenie mammografów, które posiadają zintegrowany pulpit oraz generator z ramieniem lub statywem mammografu, a nie z konsolą technika i szybą ołowianą. Rozwiązanie takie usprawni pracę technikom i będzie korzystniejsze dla pacjentki.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

- 5. Pytanie nr 5:** „Pytanie 5 dotyczy pkt. I.14. W pkt. I.14 Zamawiający wymaga aby ilość poziomów zaciernienia : ≥ 18 . Wnioskujemy o dopuszczenie mammografów, które umożliwiają ustawienie 15 poziomów zaciernienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

- 6. Pytanie nr 6:** „Pytanie 6 dotyczy pkt. III.2. W pkt. III.2 Zamawiający wymaga aby liczba detektorów lub liczba pozycji ustawienia detektora AEC wynosiła ≥ 3 oraz był możliwy wybór automatyczny i ręczny tych detektorów. Wnioskujemy o dopuszczenie mammografów posiadających 3 detektory lub pozycje ustawień detektora AEC z możliwością ich wyboru/ustawienia tylko w sposób ręczny.”

Odpowiedź na pytanie 6:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- 7. Pytanie 7:** „Pytanie 7 dotyczy pkt. VII.1 i pkt. VII.9. W pkt. VII.1 Zamawiający wymaga aby zaoferowany mammograf posiadał możliwość manualnej i automatycznej kompresji piersi i jednocześnie w pkt. VII.9 możliwość ręcznej korekty kompresji piersi. Wnioskujemy o dopuszczenie mammografu z możliwością tylko automatycznej (motorowej) kompresji piersi do zadanej (ustawionej ręcznie/manualnie w czasie instalacji) siły kompresji bez możliwości ręcznej korekty kompresji piersi. Rozwiązanie takie pozwala w prosty, szybki i sposób dokonać precyzyjnej kompresji piersi do zadanej siły bez konieczności ręcznej korekty.”


Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

- 8. Pytanie 8:** „Pytanie 8 dotyczy pkt. VII.12. Zamawiający w pkt. VII.12 wymaga zakresu obrotu ramienia +/- 180 stopni. Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf, którego zakres obrotu ramienia wynosi – 135 stopni do + 180 stopni. Taki zakres jest wystarczający do wykonania wszystkich wymaganych projekcji w trakcie badań.”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



9. Pytanie 9: „Pytanie 9 dotyczy pkt. VII.21. Zamawiający w pkt. VII.21 wymaga aby zaoferowany mammograf posiadał hamulce elektromagnetyczne ramienia. Rozwiązanie takie dostępne jest w starych mammografach, w których wszelkie ruchy ustawiane są ręcznie. W nowoczesnych rozwiązaniach wszelkie ruchy ramienia i statywu dokonywane są w sposób motorowy za pomocą silników elektrycznych. Takie rozwiązanie nie wymaga żadnych ręcznych/manualnych ustawień mammografu, a w związku z tym nie wymaga stosowania hamulców elektromagnetycznych. Pozwala w prosty i precyzyjny sposób ustawić mammograf do zadanej pozycji (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na pulpicie). Istniejący zapis promuje przestarzałą technologię. Wnoskujemy o dopuszczenie mammografu bez hamulców elektromagnetycznych ramienia w zamian ze wszystkimi ruchami ramienia i statywu motorowymi (automatycznymi).”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

10. Pytanie 10: „Pytanie 10 dotyczy pkt. V.7. Prosimy o potwierdzenie, że mammograf posiadający możliwość powiększeń 1,6 x i 1,8 x spełni postawiony w pkt. V.7 warunek.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

11. Pytanie 11: „Pytanie 11 dotyczy pkt. VII.22. Zamawiający w pkt. VII.22 wymaga aby Wysokość statywu wynosiła maksymalnie 205 cm. Tak postawiony wymóg jest nieprecyzyjny i utrudnia uczciwą konkurencję. Zamawiający nie sprecyzował w jakiej pozycji statywu powinna być wyznaczona maksymalna wysokość. Wnoskujemy o dopuszczenie mammografu którego maksymalna wysokość statywu wynosi max. 220 cm w pozycji pionowej i jednocześnie umożliwia ustawienie mammografu do pozycji tzw. do transportu, w której wysokość statywu jest mniejsza niż 115 cm”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Nie, należy dostarczyć zgodnie z SIWZ.

Treść pytań (ilość pytań – 26+11) z dnia 21.10.2011 r., wraz z odpowiedziami została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 24.10.2011 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 24.10.2011 r. zamieści na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl nowy Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz nowy Załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta – druk do wypełnienia) po modyfikacji z dnia 24.10.2011 r. dokonanej w związku z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące treści SIWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego do dnia 21.10.2011 r. włącznie.

Od dnia 24.10.2011 r. Załączniki nr 5 po modyfikacji z dnia 24.10.2011 r. oraz Załącznik nr 1 po modyfikacji z dnia 24.10.2011 r. stają się integralną częścią SIWZ.

Ofertę należy zatem złożyć poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 po modyfikacji.

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia 28.10.2011 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 28.10.2011 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem
z upr. Zarządu Powiatu

Łukasz Molicki
Sekretarz Powiatu